

KARAR:

İl genelinde hemodiyaliz hastalarına hizmet veren merkezlerin hasta profilleri, cihaz durumları ve mevcut fiziki yapıları incelenmiştir.

Hemodiyaliz hasta sayısı, ikamet adresleri, ulaşım olanakları, mevcut cihaz sayısı, merkezlerin yerleşim durumları, birbirleri arasındaki mesafeler, hastaların ihtiyaçları, personel durumu(Sertifikalı Uzman Hekim, Sertifikalı Pratisyen Hekim ve Sertifikalı Hemşire – Diyaliz Teknikeri), verilen hizmet kalitesinin göz önünde bulundurulması ile İl sınırları içerisinde planlama kapsamında cihaz kapasite artırımını uygun görülmektedir.

İlde mevcut 266 Hepatit(-) Hasta ve 65 Negatif Hemodiyaliz Cihaz vardır. Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmeliğin 15.maddesine göre cihaz artırımını için bölge ortalaması 4 ve üzerinde olması gerekmekte olup ($266/65= 4,09$) mevcut hasta ve cihaz oranı göz önüne alındığında ilimizde 2 adet hemodiyaliz cihaz artırımını yapılması uygun görülmüştür.

Diyaliz Merkezlerince cihaz artırım talepleri Sağlık Müdürlüğüne bildirilecek, Sağlık Müdürlüğüne de artırım talepleri; Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmeliğin 15.maddesi kapsamına göre değerlendirilmesine karar verilmiştir.28.07.2020

Komisyon Başkanı
Dr. Harun YABDIMCI
Sağlık Hizmetleri Başkanı
İl Sağlık Müdürlüğü

Üye
Uzm.Dr.İsmail BALOĞLU
Nefroloji Uzmanı
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üye
Uzm.Dr.Fatih Mehmet ÇELİK
Sertifikalı Dâhiliye Uzmanı
Bor Devlet Hastanesi

Üye
Mustafa Serhat VURAL
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
Birim Sorumlusu