



00141998174

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı:

Konu: Firmalara Teklif

İLGİLİ FİRMALARA

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktarı ve adedi yazılı 2 kalem mal alımı yapılacaktır. KDV hariç birim fiyat bildirir teklifinizi 17.06.2021 günü saat 11.00'a kadar Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu başkanlığına elden, niigdehmsatinalma@hotmail.com adresine veya 03882323503 numaralı faksına usulüne uygun hazırlanmış teklifinizin verilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

- 1) Fiyatlara KDV dahil edilmeyecektir.
- 2) Teknik Şartname ektedir.

Erkan TEMEL
Başkan Yard.

NO	BİRİM FİYATA ESAS İŞ KALEMİ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	Amonyum Reaktif Test Kiti	600	ADET		
2	CCA Kuru Besiyer Seti	1000	ADET		
GENEL TOPLAM					



AMONYUM TEST REAKTİFİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.100 teslik ambalajlarda olmalı
- 2.Salisilat metodu ile çalışma özelliği olmalı
- 3-10 ml numunelerinde kullanılabilirdir.
- 4-Hach Lange DR 2800 cihazına uyumlu olmalıdır.
- 5--Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
- 6-Reaktifler tek kullanımlık su geçirmez paketler halinde bulunmalıdır.
- 7-Amanyum salicylate-Amanyum Cyanurate olmak üzere 100 er testlik ayrı paketlerde olmalıdır.

Faruk ŞAHİN

Kimyager



Gamze FİDAN ERDEM

Kimyager



KULLANIMA HAZIR CHROMOCULT KURU BESİYERİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Setler, membran filtresi, besiyerleri ve petri kapları olmak üzere 3 parçadan oluşmalıdır.
2. Membran filtre ve besiyeri aynı marka ve orijinal tek kutuda olmalıdır.
3. İhaleye katılan katılan firmaların teklif ettikleri besiyeri daha önceden kurum tarafından yapılan analizlerde birebir kullanılmış ve onaylanmış olmalıdır.
4. Hazır besiyerin konvansiyonel metodla hazırlanan besiyerinden hiçbir farkı olmamalı, tüm mikrobiyolojik analizlerde (su, meşrubat, gıda hammadde, yem, v.s.) kullanılabilir.
5. Hazır besiyerleri, kartona emdirilmiş kurutulmuş olarak petri kaplarına yerleştirilmiş ve 10'luk alüminyum folyo içerisinde, içinde nem giderici poşetlerle beraber, 10 luk 10 adet toplamda 100 adetlik paketlerde kullanıma hazır olmalıdır.
6. Kartona emdirilmiş hazır besiyerlerde yalnız steril su ile ıslatıldığında kullanıma hazır hale gelmeli, başka herhangi bir işlem gerektirmemelidir.
7. Besiyeri steril olmalıdır. ISO 9308-1:2014 besiyeri dolayı ısı işlem görmemiş olmalıdır ve EtO (Etilen oksit) ile steril edilmiş olmalıdır. Bu firma tarafından belgelenmelidir.
8. Besiyerlerin miadları üretim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır.
9. Besiyerin kutusu üzerinde ve her 10'luk paket üzerinde besiyerin tipi, lot numarası, sterilizasyon ve son kullanma tarihi ay ve yıl olarak yazılmalıdır.
10. Besiyerlerin taşınması, saklanması ve kullanıma hazırlanması için özel şartlar gerekmemelidir.
11. Besiyerleri oda sıcaklığında saklanabilmeli, buzdolabı gerektirmemelidir.
12. Laboratuvardaki analizlerin standardizasyonu açısından, bugün yapılan testlerle beş yıl sonraki yapılacak testler arasında besiyeri açısından doğabilecek en ufak fark olmamalı, muhafaza edildiği yer, taşınma şekli v.s. gibi dış etkenlerden etkilenmemelidir.

13. Memran filtreler, aranan organizmanın büyüklüğüne göre , uygun gözenek çapında 0,45 mic. olmalıdır.
14. Memran filtrelerin filtre materyali selüloz nitrat olmalı ve tek tek steril olmalıdır.
15. Memran filtreler 100 adetlik orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
16. Memran filtrelerin miadı en az 4 yıl olmalı ve ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi ay ve yıl olara belirtilmelidir.
17. Memran filtrenin her birinin üzerinde; katalog numarası ve lot numarası yazılmalıdır.
18. Filtre yüzeyi, analiz sonucunda oluşacak kolonilerin rengine kontrast olacak şekilde beyaz zemin üzerine yeşil çizgiler ile boyanmış olmalıdır.
19. Filtreler 50 mm çapındaki filtre tutucuya kolayca yerleştirilebilmeli ve tek tek steril paketlerde olmalıdır. 1 paket içerisinde 100 adet filtresi birlikte bulunmalıdır.
20. Filtre yüzeyi, sayım işlemini kolaylaştırmak amacıyla karelendirilmiş olmalıdır.
21. Tüm malzemeler fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı muayene va kabul tarihinden itibaren 2 yıl garantili olmalıdır.
22. Hazır besi ortamı E.coli ve coliform tayini için selektif olarak hazırlanmış Chromocult besiyeri olmalıdır.
23. İhaleye katılan firma Türkiye’de tek temsilci firma olmalıdır.
24. Besiyerinin her bir paketinin içerisinde kalite sertifikası çıkmalıdır.
25. Besiyeri setleri ile birlikte “Validasyon Rehberi” verilmelidir.

Cemal CANDAN

Biyolog



Sevgi ECER

Biyolog

