



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı:  
Konu: Firmalara Teklif

İLGİLİ FİRMALARA

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktarı ve adedi yazılı 1 kalem mal alımı yapılacaktır. KDV hariç birim fiyat bildirir teklifinizi 30.07.2021 günü saat 15.00'e kadar Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu başkanlığına elden, [niğdehmsatinalma@hotmail.com](mailto:niğdehmsatinalma@hotmail.com) adresine veya 03882323503 numaralı faksına usulüne uygun hazırlanmış teklifinizin verilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

- 1) Fiyatlara KDV Dahil Edilmeyecektir.
- 2) Teknik Şartnamemiz ektedir.

Erkan TEMEL  
Başkan Yard.

NO	BİRİM FİYATA ESAS İŞ KALEMİ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	MANUEL MUAYENE MASASI JİNEKOLOJİ	13	ADET		
GENEL TOPLAM					

## MANUEL JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI TEKNİK

1. Masa jinekolojik muayene ve müdahale kullanımına uygun olarak dizayn ve imal edilmiş olmalıdır.
2. Masanın gövde ve taban kısmı sıvı girişine karşı korunmuş olmalı ve sıvıdan etkilenmeyen yapıda olmalıdır.
3. Masa tablasının alt metal aksamı elektrostatik boya ile kaplanarak paslanmaya karşı korunmuş olmalıdır.
4. Masanın aşağı-yukarı, sırt kısmı ve oturma bölümü hareketleri, manuel olarak kontrol edilebilmelidir.
5. Masa sırt, oturma ve ayak kısmı olarak üç bölümden oluşmalıdır. Ayak bölümü yerinden istenildiği zaman çıkarılabileceği gibi 90° aşağıya doğru katlanmalıdır.
6. Masanın sırt bölümü yatay konumdan 60° yukarıya ve 18° aşağıya hareket etmelidir.
7. Masanın oturma bölümü sırt kısmına bağlı olarak 18° yukarı hareket etmelidir.
8. Masa 18° trendelenburg hareketi yapmalıdır.
9. Masada ayarlanabilir sabitleme papueu bulunmalıdır.
10. Cihaz ile birlikte;
  - a) 2 adet el tutamağı
  - b) 2 adet poliüretan malzemeden imal 360° dönebilen, yüksekliği ayarlanabilen, istenilen noktada sabitlenebilen diz arkası desteği
  - c) 1 adet paslanmaz çelikten imal edilmiş atık toplama sistemi.
  - d) 1 adet serum askılığı (opsiyonel)
  - e) 1 adet anestezi çerçevesi (opsiyonel)
11. Masa tablası dayanıklı kumaş destekli, su geçirmez malzemeyle kaplı, ergonomik ve anti bakteriyel minderle kaplanmış olmalıdır. İstenilen renge göre minderler imal edilebilmelidir.
12. Üretici firma TSE belgesine sahip olmalıdır. Ürün TSE standartlarına uygun imal edilmiş olmalıdır.

  
Belge Doğrulama Kodu: f4d4b7e7-0457-44e5-901a-5d38db63a597  
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


  
Ozgur VELİOĞLU  
Halk Sağlığı Hizmetleri  
Başkanı

Man Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

13. Üretici firma TSE Hizmet yeterlilik ve sanayi ticaret bakanlığı garanti ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır.

14. Cihaz, kati kabulden başlamak üzere en az 2(üç) yıl (24 ay) süre ile garantili olacaktır. Yüklenici tarafından garanti süresince ücretsiz servis, yedek parça ve bakımı kapsayan tam garanti verilecektir.

15. Cihazı teklif eden isteklinin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna ve teklif edilen cihazın T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belgenin teknik şartnameye uygunluk belgesi ekinde sunulmalıdır.

  
Serife YAVUZ

  
Ozgur VELİOĞLU  
Uzman

Belge Doğrulama Kodu: f4d4b7e7-0457-44e5-901e-5d338ab63a59

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

