



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı:

Konu: Firmalara Teklif

**İLGİLİ FİRMALARA**

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktarı ve adedi yazılı 2 kalem mal alımı yapılacaktır. KDV hariç birim fiyat bildirir teklifinizi 04.10.2021 günü saat 17.00'a kadar Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu başkanlığına elden, [nigdehmsatinalma@hotmail.com](mailto:nigdehmsatinalma@hotmail.com) adresine veya 03882323503 numaralı faksına usulüne uygun hazırlanmış teklifinizin verilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

- 1) Fiyatlara KDV dahil edilmeyecektir.
- 2) Teknik Şartname ektedir.

Bariş SEVDİ  
Uzman


NO	BİRİM FİYATA ESAS İŞ KALEMİ	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	AED PEDİATRİK DEFİBRİLATÖR PEDİ	30	ADET		
2	AED YETİŞKİN DEFİBRİLATÖR PEDİ	70	ADET		
GENEL TOPLAM					



## AED PEDİATRİK DEFİBRİLASYON PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen defibrilasyon pedleri Life Point marka AED bplus model Aed cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Pad ambalajı üzerinde özellikle AED modunda defibrilasyon için gerekli elektrot yerleşimi ( anterior-anterior veya anteriorposterior) açıkça belirtilmiş olmalıdır.
3. Ayrıca pad ambalajı açıldığında hangi çiftin hasta üzerinde tatbik edileceği konum açıkça belirtilmiş olmalıdır. Böylelikle yanlış yerleşim engellenmelidir.
4. CE standardına sahip olmalıdır.
5. Teklif edilen pedler ile defibrilasyon, pacing, kordiyoversiyon ve EKG monitörizasyonu mümkün olmalıdır.
6. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
7. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır
8. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) kayıtlı olmalıdır.
9. Talep edilen malzemenin fotoğrafı Ek-1'de gösterilmiştir.

Çiğdem ÖZTÜRK  
Acil Sorumlusu




Hikmet ÖZDEMİR  
Hastane Müdürü



Dr.Seher Sümeyye YAHYA  
Başhekim V.



## EK-1 TALEP EDİLEN MALZEME FOTOĞRAFI



Çiğdem ÖZTÜRK  
Acil Sorumlusu

*Çiğdem ÖZTÜRK*

Hikmet ÖZDEMİR  
Hastane Müdürü

*Hikmet ÖZDEMİR*

Dr. Seher Sümeyye YAHYA  
Başhekim V.

*Dr. Seher Sümeyye YAHYA*

## AED YETİŞKİN DEFİBRİLASYON PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen defibrilasyon pedleri Life Point marka AED bplus model Aed cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Pad ambalajı üzerinde özellikle AED modunda defibrilasyon için gerekli elektrot yerleşimi ( anterior-anterior veya anteriorposterior) açıkça belirtilmiş olmalıdır.
3. Ayrıca pad ambalajı açıldığında hangi çiftin hasta üzerinde tatbik edileceği konum açıkça belirtilmiş olmalıdır. Böylelikle yanlış yerleşim engellenmelidir.
4. CE standardına sahip olmalıdır.
5. Teklif edilen pedler ile defibrilasyon, pacing, kordiyoversiyon ve EKG monitörizasyonu mümkün olmalıdır.
6. Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
7. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır
8. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) kayıtlı olmalıdır.
9. Talep edilen malzemenin fotoğrafı Ek-1'de gösterilmiştir.

Çiğdem ÖZTÜRK  
Acil Sorumlusu




Hikmet ÖZDEMİR  
Hastane Müdürü



Dr.Seher Sümeyye YAHYA  
Başhekim V.



## EK-1 TALEP EDİLEN MALZEME FOTOĞRAFI



Çiğdem ÖZTÜRK  
Acil Sorumlusu

Hikmet ÖZDEMİR  
Hastane Müdürü

Dr. Seher Sümeyye YAHYA  
Başhekim V.